


**СЧЕТ-ФАКТУРА № 86380** **ОТ 06 июня 2017**  
**ИСПРАВЛЕНИЕ № ---** **ОТ ---**

Продавец: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае"  
 Адрес: 690091, Приморский край, Владивосток, Проморщика Комарова ул., дом № 54  
 ИНН / КПП продавца: 2536007394 / 253601001  
 Грузоотправитель и его адрес: ---  
 К платежно-расчетному документу № от  
 Покупатель: Товарищество собственников жилья "Столетие 100В"  
 Адрес: 690069, Приморский край, Владивосток г., 100-Летия Владивостока пр-кт, дом № 100В  
 ИНН / КПП покупателя: 2539110504 / 253601001  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Приложение №1  
 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137  
 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов,  
 применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".


Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществ. прав всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате - тепло	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществ. прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Номер таможенной декларации	
	Код	Условное обозначение (национальное)										
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Периодическая поверка. Манометр технический .	796	шт	14,000	160,00	2 240,00	без акциза	18%	403,20	2 643,20	---	---	---
<b>Всего к оплате</b>					<b>2 240,00</b>	<b>X</b>		<b>403,20</b>	<b>2 643,20</b>			

Руководитель организации  
 или иное уполномоченное лицо

  
 Ю. П. Белин  
 (подпись)

Гниденко Г.Н.  
 по доверенности  
 № 43/2/468 от 11.04.2017 г.  
 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
 или иное уполномоченное лицо

  
 Е. В. Панина  
 (подпись)

Гниденко Г.Н.  
 по доверенности  
 № 43/2/468 от 11.04.2017 г.  
 (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

**Поставщик:**ФБУ "Приморский ЦСМ"**Заказчик:**ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"

Адрес: 690091, г. Владивосток, Приморский край, ул.  
 Прапорщика Комарова, 54, тел/факс: т/техн. отдел 240-10-84,  
 эл/техн. отдел 240-18-43, ОКТМО 05701000/

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России  
 Р/счёт: 40501810205072000002 БИК 040507001  
 Получатель: УФК по Приморскому краю ИНН/КПП:  
 / 253601001

(ФБУ "Приморский ЦСМ"  
 ИНН/КПП: 2536007594/ 253601001  
 л/счёт: 20206Х50690)  
 ОКВЭД: 71.12.6 ОКПО: 02567142 ОКТМО: 05701000

Код заказчика: 4002834,

Адрес: 690001, Проспект 100 лет Владивостоку, 100 В, г.  
 Владивосток, Приморский край

тел/факс: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Банк: ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г. Владивосток

Корреспонд. счёт №: 30101810200000000803

Расчетный счёт №: 40703810900100000086

БИК: 040507803

ИНН/КПП: 2539110504/ 254301001

ОКВЭД: \_\_\_\_\_ ОКПО: \_\_\_\_\_

**АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ № 86380**Составлен 06.06.2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя "Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае", Начальник отдела - \_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Заказчика \_\_\_\_\_ с другой, составили настоящий Акт в том, что работы:

Вид работ (Наименование СИ)	Модификация СИ	Заводской номер	Кол-во	
			Наб.	Шт.
Периодическая поверка: Манометр технический	.	(Прил. к з.кв. №86380)		14

согласно Заявлению-квитанции № 86380 от 26.05.2017 выполнены в полном объеме. Заказчик претензий не имеет.

Сумма за работы (услуги) составила: 2 240-00 руб. (включая наценку)Командировочные расходы: 0-00 руб.Транспортные расходы: 0-00 руб.Пени за просроченный срок хранения приборов: 0-00 руб.НДС 18% 403-20 руб.НСП: 0-00 руб.Итого: 2 643-20 руб.*(Две тысячи шестьсот сорок три рубля 20 копеек)*Работу сдал:  
от ИсполнителяРаботу принял:  
от Заказчика

Начальник отдела "Государственного  
 регионального центра стандартизации,  
 метрологии и испытаний в Приморском крае"

*Президент ТСЖ*  
*"Столетие 100В"*  
*Вадим И. О.*

/должность, подпись, фамилия/

М.П.

М.П.

Гниденко Г.Н.  
 по доверенности  
 № 43/2/468 от 11.04.2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"  
(ФБУ «ПРИМОРСКИЙ ЦСМ»)

Аттестат аккредитации № RA.RU.311500

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ

№ 002581

Средство измерений: Манометр технический, регистрационный номер в  
Госреестре 47452-11, серия и номер клейма предыдущей поверки:  
отсутствует

Заводской номер: см.на.об.

Поверено в соответствии с описанием типа

Поверено в соответствии с МИ 2124-90 Манометры, вакуумметры,  
мановакуумметры, напорометры, тгтомеры и тгтонапорометры  
показывающие и самопишущие.

Этагон: Манометр грузопоршневой МП-60; КТ 0,05; 2 разряд;  
№ 2600; 3.1.ZAЭ.0064.2015

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
признано не соответствующим установленным в описании типа  
метрологическим требованиям и непригодным к применению в  
сфере государственного регулирования обеспечения единства  
измерений.

Причина непригодности: Основная погрешность превышает  
допустимые значения.

Начальник отдела поверки  
теплотехнических и  
механических СИ

  
Г.Н. Дрон

Поверитель

  
О.Ю. Капитонова

Дата поверки: «06» июня 2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"  
(ФБУ «ПРИМОРСКИЙ ЦСМ»)

Аттестат аккредитации № RA.RU.311500

ИЗВЕЩЕНИЕ

О непригодности к применению

№ 002581

Средство измерений: Манометр технический, регистрационный номер в  
Госреестре 47452-11, серия и номер клейма предельной поверки:  
отсутствует

Заводской номер: см.на.об.

Поверено в соответствии с описанием типа

Поверено в соответствии с МИ 2124-90 Манометры, вакуумметры,  
мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры  
показывающие и самопишущие.

Эталон: Манометр грузопоршневой МП-60; КТ 0,05; 2 разряд;  
№ 2600; 3.1.ZAЭ.0064.2015

и на основании результатов первичной (перидической) поверки  
признано не соответствующим установленным в описании типа  
метрологическим требованиям и непригодным к применению в  
сфере государственного регулирования обеспечения единства  
измерений.

Причина непригодности: Основная погрешность превышает  
допустимые значения.

Начальник отдела поверки  
теплотехнических и  
механических СИ

Т.Н. Дрон

Поверитель

О.Ю. Капитонова

Дата поверки: «06» июня 2017 г.